



当院の透析液清浄化への取り組み

透析液は透析膜を介して血液と接します。1回の治療で1人当たり約120L以上の透析液が使用されます。

そのため、各透析施設では清潔な透析液を患者さんに使用して頂けるように色々な取り組みをおこなっています。

私たちの施設では以下のような取り組みをおこなっています。

1. 毎日の配管、機械内配管の洗浄、消毒

(次亜塩素酸ナトリウムという消毒液を使って洗浄、消毒をしています。)

2. ダイライザーに取り付けるカプラ洗浄

3. ETRF (エンドトキシン補足フィルター) の設置と定期的な交換

4. 機械部品の定期的な交換

5. 透析液の水質検査 (透析液の汚染の指標として、エンドトキシンという、細菌の死骸からでる物質を指標にしています。細菌の検査も合わせてやっています。みなさんの使っている透析液はエンドトキシン検出感度以下、細菌を培養しても検出されません。)

近年、透析液の水質基準をクリアすれば透析液を補充液として使用するオンラインHDF療法が行なわれるようになり、当院でも導入しています。そのため、多量に体に入っても支障がないくらい清潔な透析液で治療を行なっています。

今後ともこの水質レベルを維持管理していけるよう努力してまいりますので宜しくお願い致します。

技術部 武田

～挨拶～

12月から事務として働いております岡田直也です。

以前は医療機器の販売の仕事をしていましたが、こちらの事務としてお世話になることになりました。まだ分からない事が多いですが、先輩方のように仕事ができるよう日々努力したいと思いますので宜しくお願い致します。

人工透析患者カードについて

ドライウェイトなどの変更は、毎月技士又は看護師がチェック致しますので…

毎月最初の透析日に各ベッド上のテーブルに提出して下さい。

こちらが、財布などから取り出す等の行為はいたしません。

また、ドライウェイト以外の変更がある場合は一度返却していただき、後日作成し直した物と交換致します。

連絡先の変更等がある場合は、そのつど技士または看護師にご報告下さい。

災害時伝言ダイヤルの訓練について

- ・日時：毎月1日 午後3時～(日曜日も行います。)
- ・訓練翌日または翌々日に伝言ダイヤルの内容を確認しますのでよろしくお願い致します。

今後の訓練予定日

2/1 (日)、3/1 (日)、4/1 (水)、5/1 (金) 6/1 (月)

7/1 (水)、8/1 (土)、9/1 (火)、10/1 (木)、11/1 (日)、12/1 (火)

ご不明な点がございましたらスタッフまでご確認下さい。

